

附件：

1. 技术参数

包 5

血药浓度监测仪		
一	总体要求	
1	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程	具备
2	投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页	具备
★3	提供医疗器械注册证	具备
4	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接	具备
5	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装	具备
6	满足安装场地要求	具备
7	数量	1 台
二	技术要求	
1	可开展血药浓度监测项目≥10 项	具备
2	具备连续进样和随机进样能力，带有急诊功能，儿童样本处理等功能	具备
3	首结果时间：≤12 分钟	具备
4	检测速度：最大处理量≥120 测试/小时	具备
5	每次测试的样品体积≤30μL	具备
6	试剂仓带冷藏功能	具备
7	试剂针带液位探测器	具备
8	与医院信息系统（包含但不限于 LIS 系统）无缝对接	具备
9	工作温度范围：≥15~32℃	具备
# 10	提供以下检测项目所需全部试剂耗材、校准品、质控品等长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价及每人份价格）	具备
10.1	霉酚酸检测	具备
10.2	雷帕霉素检测	具备
10.3	卡马西平检测	具备
10.4	丙戊酸检测	具备
10.5	伏立康唑检测	具备
11	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)	具备
12	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价）	具备
三	技术及售后服务	
★1	整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作	具备
2	中标后，提供厂家保修承诺	具备
3	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命	具备
4	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级	具备
5	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内提供备用设备，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式	具备
6	到货时间：合同签订后 30 日历天内	具备

