




附件 2-4

牧原实验室政府采购科研仪器设备技术性验收报告

验收日期: 2025 年 11 月 28 日

采购单位	牧原实验室	使用部门	程钢课题组
项目名称	牧原实验室公共技术平台建设(二期)项目	合同编号	豫财磋商采购-2024-1362-A
供应商	北京纵坐标国际贸易有限公司	中标(成交)通知书号	
规格型号	IX83	设备生产商	EVIDENT
合同金额	1078000 元	设备数量	1
存放地点	牧原大厦 602	运行使用时间	2025.4.10
设备清单	倒置荧光显微镜		
配件清单	1 电动倒置显微镜主机, 1 套 2 透射明场照明系统, 1 套 3 物镜 4X、10X、20X、40X、60X、100X, 1 套 4 LED 透射光系统, 1 套 5 落射荧光系统, 1 套 6 长寿命 LED 荧光光源, 1 套 7 专业单色数码相机, 1 套 8 ZDC 防漂移系统, 1 套 9 活细胞培养系统, 1 套 10 电脑工作站, 1 套		
项目负责人意见	上述所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标符合合同要求, 经试用或测试后, 运行正常, 无其他需要说明的问题。		程钢

验收结论	上述所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标符合合同要求，经试用或测试后，运行正常，无其他需要说明的问题。	
验收人签名		
监督人签名		
公共技术平台 负责人意见	所采购的设备符合合同要求，同意验收意见。	

65

附件 2-5

107.8W

牧原实验室政府采购科研仪器设备符合性验收报告

2025年12月10日

项目申请单位: ~~牧原实验室技术部~~ 使用单位: 程钢课题组

项目名称: ~~建设(三期)项目~~ 合同编号: 豫财磋商采购-2024-1362-A

一、实地实物验收符合情况		
1. 实地验收情况	是否与资产入库信息一致	一致 ✓
2. 实物验收情况	是否与采购文件、合同要求一致	一致
3. 验收结论	本项目所交付的货物符合相关要求, 验收合格	
验收小组人员(签名)	于超 李博强 杨芮	
监督人员(签名)	周磊磊	
二、相关资料符合情况		
核查项目	要求	是否符合
1. 合同	原件	符合
2. 发票	原件(进口仪器设备为免税发票及免税证明、报关单等)	无
3. 资金支付申请	纸质版一份	符合
4. 中标通知书	原件 成交通知书	符合
5. 符合性验收报告	原件	符合
6. 资产出入库单	纸质版两份、电子版	符合
7. 资产影像资料	按照入库单所列顺序提供资产照片电子版(整体照及设备铭牌局部照等至少两张)	符合
8. 银行保函	原件	符合
9. 其他	根据项目情况提供相关资料	无
10. 技术性验收报告	原件	符合
核查人员(签名)	于超 李博强 杨芮	

本报告是在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。