

单一来源采购方式专家论证意见表

专业 人员 信息	姓名: 胡晓涛
	职称: 律师
	工作单位: 河南梅溪律师事务所
项目 信息	项目名称: 浙川县人民医院 64 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 河南书菡医疗器械有限公司
专业 人 员 论 证 意 见	本项目为64排CT球管采购项目。GE原厂认证的球管通过与其配套设备匹配性测试,可以保证质量和使用的安全,如使用非原厂球管提供的非原厂认证的球管,无法证明其与整机之间的匹配性,可能造成设备的安全隐患。在GE设备上安装和使用非原厂认证的球管会导致设备整体的组成状态与说明书内容之间偏差,造成无证医疗器械的风险,也无法重新认证。因此,为保证设备质量,应使用原厂球管配件。河南书菡医疗器械有限公司是GE公司在浙川县人民医院唯一有授权经销商具有唯一性,符合《政府采购法》单一来源采购方式。
日期: 年 月 日	