

已审核，司发布



# 社旗县中医院设备采购项目

# 招标文件

采 购 人：社旗县中医院 (盖章)



采购代理机构：南阳春博工程项目管理有限公司 (盖章)



日 期：二〇二六年三月

# 社旗县中医院设备采购项目

# 招 标 文 件

采 购 人： 社旗县中医院 （盖章）

采购代理机构： 南阳春博工程项目管理有限公司 （盖章）

日 期： 二〇二六 年 三 月

# 目 录

第一部分	招标公告 .....	3
第二部分	投标须知前附表 .....	8
第四部分	拟签订的合同文本（样本） .....	24
第五部分	投标文件格式 .....	27
第六部分	评分办法 .....	46
第七部分	采购内容 .....	51

# 第一部分 招标公告

## 社旗县中医院设备采购项目

### 招标公告

#### 项目概况

社旗县中医院设备采购项目招标项目的潜在投标人应在社旗县公共资源交易中心网 <http://ggzy.sheqi.gov.cn/> 获取招标文件，并于 2026 年 04 月 14 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件，本次招标采用全流程电子辅助招投标。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：社财采购公开-2026-1
- 2、项目名称：社旗县中医院设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：3300000.00 元

最高限价：3300000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	社财采购公开-2026-1-1	社旗县中医院设备采购项目一标段	1900000.00	1900000.00
2	社财采购公开-2026-1-2	社旗县中医院设备采购项目二标段	500000.00	500000.00
3	社财采购公开-2026-1-3	社旗县中医院设备采购项目三标段	900000.00	900000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：（详见采购内容和招标文件全部内容）

5.2 地点：采购人指定地点

5.3 质量要求：合格

5.4 供货周期：合同签订后 30 日历天内供货安装及调试完毕

5.5 标段划分：本项目分为 3 个标段：

一标段：宫腹腔镜影像系统及治疗设备一套，投资额 1900000.00 元。

二标段：彩色多普勒超声波诊断仪一套，投资额 500000.00 元。

三标段：康复科治疗设备一批，投资额：900000.00 元

5.5 质保期：三年，自采购人验收合格之日起计算；

5.6 资金来源：财政资金，已落实；

6、合同履行期限：包括供货期和质保期；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小微企业：否

## 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近期任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行优先采购节能产品、环境标志产品，扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、供应商必须具有独立法人资格，有效的三证合一的营业执照（统一社会信用代码的营业执照）。

3.2、供应商必须出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；近三年存在借款合同纠纷（借款合同纠纷执行裁定书中被列为被执行人，被冻结账户）的供应商不得参与本项目。

3.3、依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。响应人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)下载，查询日期须在投标截止日期之前10日内，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）；

3.4、供应商需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：供应商、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责；

3.5、须符合中华人民共和国国务院令 第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，投标人为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》和有效的《医疗器械注册证》，投标人为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和其制造商提供的有效的《医疗器械注册证》。

3.6、本项目不接受联合体投标，不得分包转包。

本项目采用资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2026年03月20日00:00至12:00至2026年03月27日12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：社旗县公共资源交易中心网站 <http://ggzy.sheqi.gov.cn/>

3. 方式：潜在投标人网上自行登录社旗县公共资源交易系统（从社旗县公共资源交易中心网站 <http://ggzy.sheqi.gov.cn/>下方“交易主体登录”入口进入）下载采购/招标文件，若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在投标人自行承担。（操作过程中，请务必保持CA证书在电脑端的正常接入）

4. 文件售价：不收取。

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年04月14日10时00分（北京时间）

2. 地点：社旗县公共资源交易中心网站（<http://ggzy.sheqi.gov.cn/>）。

## 五、开标时间及地点

1. 时间：2026年04月14日 10时 00分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见社旗县公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）  
<http://ggzy.sheqi.gov.cn/xzzq/moreinfo.html>。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《社旗县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本次招标采用全流程电子辅助招投标、远程异地评标。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式。不见面开标大厅地址  
<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>，投标人无需到社旗县公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000 。

4、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件。

5、请各潜在投标人及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及招标代理机构将不负任何责任。

6、监督部门：社旗县卫生健康委员会，联系人：夏云充，联系方式：17513616822

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：社旗县中医院

地 址：社旗县建设路南段

联系人：杨赵阳

电 话：18537716851

## 2. 招标代理机构信息

招标代理机构：南阳春博工程项目管理有限公司

地 址：社旗县红旗西路与酒业大道交叉口向南 100 米路西

联系人：王晓

联系电话：18530667788

## 3. 项目监督部门

监督部门：社旗县卫生健康委员会

联 系 人：夏云充

联系方式：17513616822

2026年03月19日

## 第二部分 投标须知前附表

序号	项目内容	编列内容
1	采购人	采购人：社旗县中医院 地 址：社旗县建设路南段 联系人：杨赵阳 电 话：18537716851
2	招标代理机构	招标代理机构：南阳春博工程项目管理有限公司 地 址：社旗县红旗西路与酒业大道交叉口向南 100 米路西 联系人：王晓 联系电话：18530667788
3	项目名称及 项目编号	项目名称：社旗县中医院设备采购项目 项目编号：社财采购公开-2026-1
4	交货地点	采购人指定地点
5	资金落实情况	财政资金，已落实
6	采购内容	详见采购内容和招标文件全部内容
7	<b>*供货周期</b>	合同签订后 30 日历天内供货安装及调试完毕
8	<b>*质量及质保 期要求</b>	质量要求：合格。 质保期：三年，自采购人验收合格之日起计算
9	<b>*合格投标人</b>	见招标公告“二、申请人的资格要求”
10	是否接受联合 体投标	不接受
11	踏勘现场	不组织
12	投标预备会	不召开
13	采购人书面澄 清的时间	递交投标文件的截止时间 15 日前

14	*分包	中标人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得依任何形式转包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。
15	*投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
16	合格的货物/ 服务	提供的货物/服务必须实质上符合招标文件的规定。
17	本项目是否属于政府购买服务	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 接受进口产品 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品 (政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。)
18	所属行业	工业
19	投标承诺函	投标承诺函应明确投标人承诺事项及违背承诺的责任追究措施。
20	*是否允许递交备选投标方案	不允许
21	*投标文件签字或盖章要求	电子投标文件格式中规定需盖章签字的页面要求，投标人须加盖投标人电子公章和法定代表人电子签名；
22	*电子投标文件递交	1、供应商应在社旗县公共资源交易系统下载专区下载投标文件制作工具，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.NYTF 格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。 2、供应商的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 3、供应商所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

23	投标文件	投标阶段仅提交电子投标文件（格式为:.nytf）。
24	电子投标文件 递交截止时间	2026年04月14日10时00分（北京时间）
25	递交投标文件 地点	《社旗县公共资源交易中心网》电子交易平台
25	是否退还投标 文件	否
26	开标时间	开标时间：同投标截止时间
27	开标程序	<p>本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址 <a href="https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html">https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html</a>，供应商无需到南阳市社旗县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件现场解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。</p> <p>1、供应商代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统。</p> <p>2、开标时间到，在线公布供应商、采购人代表、监标人等有关名单。并退回不符合要求的响应文件。</p> <p>3、开标顺序：</p> <p>①供应商解密：投标企业制作电子响应文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各供应商自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。</p> <p>②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留5分钟供供应商查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，供应商随时在线提出的异议、问题沟通等信</p>

		<p>息，并做好及时回复。</p> <p>③采购人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。</p> <p>④招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”、“控制价文件导入”。</p>
28	评标委员会的组建	<p>评标委员会由采购人代表和评审专家组成人数：5人；</p> <p>其中采购人代表不超过三分之一（1人）；</p> <p>评审专家不得少于成员总数的三分之二人数（4人）；</p> <p>按相关规定从依法组建的专家库中随机抽取。</p>
29	是否授权评标委员会确定中标人	<p>推荐的中标候选人：3人；</p>
30	结果公告	<p>采购人或者招标代理机构应当自中标投标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。</p>
31	服务费	<p>参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002号文件规定收取招标代理费。</p>
32	招标控制价	<p>大写：叁佰叁拾万元整</p> <p>小写：3300000.00元</p> <p>其中一标段：1900000.00元</p> <p>二标段：500000.00元</p> <p>三标段：900000.00元</p> <p>投标报价不得超出控制价，超出招标控制价的，按无效标处理。</p>
33	异议	<p>对于评标结果的异议，应当在结果公告发布之日起七个工作日内提出。异议人对异议事项承担举证责任，异议人对自己提出的异议事项，应当提供事实依据与具体理由，未提供的不予受理。</p>
34	其他内容	<p>无</p>
35	*投标文件制作机器码相似度	<p>依据豫发改公管[2019]198号文要求，供应商投标文件制作机器码一致视为串通投标行为，作废标处理，需供应商自行承担责任。</p>

36	政府采购政策支持	<p>(一) 促进中小企业发展和支持监狱企业发展： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定的条件后，其投标报价扣除20%后参与评审。（注：多品目投标时所有产品的生产企业须同时为小型、微型企业才能享受价格扣除政策） 中小企业划分标准以工信部联企业【2011】300号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。</p> <p>(二) 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品政策。</p> <p>1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。</p> <p>2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。</p> <p>提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。</p>
37	政府采购合同融资政策	<p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。潜在供应商若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p>

		贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
38	投标保证金	不收取。
39	履约保证金	不收取。

备注：投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如投标须知前附表和投标须知内容有不一致之处，以前附表内容为准。

投标须知前附表中标注“\*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将导致无效投标。本次招标文件最终解释权归采购人所有。

## 第三部分 投标须知

### A 说明

#### 一、招标范围及适用法律

本招标文件仅适用于社旗县中医院设备采购项目。本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等。

#### 二、定义

1、“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件涉及的采购人具体指“社旗县中医院”。

2、“招标代理机构”指南阳春博工程项目管理有限公司。

3、“投标人”指符合招标文件规定的条件、向采购人提交投标文件的投标人。

4、“货物和服务”指投标人按招标文件规定提供的硬件设施、软件设施、软件服务等。

5、“其他服务”指招标文件规定投标人应承担的伴随货物的运送、安装、调试、维护、售后服务培训、配套设施完善和其他有关的义务等。

6、“投标有效期”系指本次采购项目递交响应文件截止期之后开始生效，在投标须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。响应文件有效期须附响应文件中并加盖单位签章及法人签名。

#### 三、合格的投标人

1、见第一部分“二、申请人的资格要求”。

2、凡违反国家相关的法律、法规和规章制度中相关规定而不能成为合格投标人的单位或在招标期间被政府有关部门禁止参加相关招投标活动的单位将被拒绝。

#### **四、投标费用的承担**

1、无论投标过程的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。

#### **五、联合体参加谈判（本项目不接受）**

1、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加谈判。

2、以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3、联合体各方之间应当签订协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将协议原件连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订协议后，不得再以自己名义单独参加谈判，也不得组成新的联合体参加谈判。

本项目不允许联合体投标，供应商须作出书面声明。

#### **六、转包与分包**

1、本项目不允许采取转包方式履行合同。

2、本项目不允许采取分包方式履行合同。

本项目的所有工作内容，供应商不得以任何方式和形式进行转包、分包，供应商须分别出具承诺书。

### **B 招标文件说明**

#### **一、招标文件的说明**

招标文件是阐明采购货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

#### **二、招标文件包括以下部分**

1、招标公告

2、投标人须知前附表

3、投标须知

4、政府采购合同（样本）

- 5、投标文件格式
- 6、评分办法
- 7、采购内容及要求

### **C 招标文件的澄清和修改**

- 1、如对招标文件有任何疑问，投标人应将需澄清及答疑的内容在投标截止日 15 日前提出。
- 2、采购人可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。
- 3、补充文件以电子版的方式发布至网上，投标人因为其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及招标代理机构将不负任何责任。
- 4、为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。
- 5、当招标文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。
- 6、招标过程中产生的修改文件或补充文件与原招标文件一样均具有同等的法律效力。
- 7、澄清与变更：招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人应时刻注意系统消息提醒，招标代理机构不承担投标人未收到消息而引起的一切后果和法律责任。投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### **D 投标文件的制作**

#### **一、原则**

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对招标文件做出实质性响应，否则，其投标资格将被取消。

2、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

#### **二、投标文件的组成**

1、投标文件应包括下列部分：

- (1) 开标一览表
- (2) 投标函
- (3) 法定代表人授权书（含法定代表人身份证、被授权人身份证复印件）
- (4) 关于资格的声明函
- (5) 投标承诺函、反商业贿赂承诺书格式
- (6) 报价明细表
- (7) 商务条款偏差表
- (8) 技术条款偏差表
- (9) 投标人资格审查资料
- (10) 供货方案
- (11) 售后服务方案
- (12) 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料
- (13) 中小企业声明函
- (14) 残疾人福利性单位声明函
- (15) 监狱企业声明函格式
- (16) 关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用） 关于符合本国产品标准的声明函

### **三、投标文件制作要求**

1、投标人应按“第五部分 投标文件格式”要求制作投标文件，并上传至《社旗县公共资源交易中心网》电子交易平台。

2、投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中英文不符时以中文为准。

3、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

4、电子版投标文件递交：见投标人须知前附表。

### **四、投标报价**

1、投标报价均以人民币报价，报价中含税费、运输、安装、调试、验收、售后服务、人员培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价时应详细列出所投产品的品牌、型号、厂家、单价、总价等。

3、如果分项报价与单价不符的，则以单价为准；投标报价表与开标一览表不符的，以开标一览表为准；小写与大写不符的，以大写为准；

4、投标报价为一次性不可更改的报价，任何有选择的报价将不被接受。

## 五、投标有效期

1、投标文件有效期为自投标截止之日起 60 日历天。

2、特别情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 六、投标文件签署及修改

1、投标文件必须由法定代表人或其授权代表在规定签章处电子签章并加盖电子公章；授权委托人（电子签章/签名）的，投标文件须附法定代表人签署的授权委托书，且授权委托人须在授权委托书中的身份证复印件上签名或盖章。

2、投标人于投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件，并书面通知代理机构。

## E 投标文件的提交

一、投标文件必须在投标截止时间前上传至《社旗县公共资源交易中心网》会员系统。

二、投标文件上传提交的时间与地点见第一部分招标公告。

三、采购人将拒绝接收过时上传的投标文件。

## F 开标、评标、定标

### 一、开标

#### 1、开标时间和地点

代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人授权代表应在不见面开标系统参加开标并签到。

#### 2、开标程序

1、投标人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。

2、开标时间到，在线公布投标人、采购人代表、监标人等有关名单。由主持人（代理公司）根据情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的投标文件。

3、开标顺序：

①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

②唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；

③采购人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。

④招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”。

## 二、组建评标委员会

1、根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2、评标委员会将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照招标文件要求和标准进行评标，履行评委职责，并承担相应的法律责任。

3、如评委会的工作明显偏离了招标文件的要求，或明显违犯了国家的法律法规，采购人有权解散评标委员会并宣布评标过程及结果无效。

4、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、招标代理机构或者有关部门方案评标中发现的违法行为。

## 三、投标文件的审查

1、采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。具体包括：

资格性审查：见招标公告“二、申请人的资格要求”。

本项目实行资格后审，审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为准，过期更改的主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受主体库信息原件。主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

合格投标人数量不符合招标文件规定的，不进入下一步评审。

#### 四、投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

#### 五、评标办法

1、采用综合评分法。

2、评标委员会根据评审标准对投标文件进行评审，有一项不符合评审标准的，按无效标处理。通过初步评审的投标人才可进入综合打分。

3、评委会依据各投标人对招标文件的符合性和技术响应程度、业绩、综合实力、售后服务承诺等因素，按照招标文件规定的评分标准进行综合打分，按照得分由高到低确定排名顺序。

#### 六、确定中标投标人

1、评委会按照货物符合采购需求且综合得分最高、排序第一的原则确定中标人。

2、评标委员会写出评标报告推荐 1-3 名中标候选人，也可以经采购人授权直接从符合要求的中标候选人中确定排序第一的投标人为中标人。

3、评标报告将及时报送采购人审查。采购人将对评标报告及中标人进行确认。

#### 七、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

#### **八、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理；
- 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- 6、不同投标人的投标文件制作机器码一致时按废标处理。
- 7、未按采购文件要求提供证明文件、承诺、说明的。

### **G 中标通知及签订合同**

#### **一、中标结果公布**

中标投标人确定后，南阳春博工程项目管理有限公司将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《社旗县公共资源交易中心》等相关媒体上发布结果公告。

#### **二、发出中标通知书**

1、南阳春博工程项目管理有限公司根据中标结果，自中标结果发布之日起1个工作日内向中标投标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与中标投标人具有法律效力。

#### **三、签订政府采购合同**

1、采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在竞争性谈判文件规定的时间内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同，双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改，供应商须对以上内容在响应文件中单独作出书面声明。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。如果中标人不按其响应文件承诺和竞争性谈判文件要求签订采购合同，采购人将取消其成交资格。

2、政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、中标投标人不按其投标文件承诺和招标文件要求签订政府采购合同的，按照政府采购有关规定处理。

5、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等。

## H 注意事项

一、投标人必须由法定代表人或授权代表参加，随时接受评标委员会的询问、质疑，并按照评标委员会的要求书面答复。

二、投标人自行承担参加采购的全部费用。

三、本招标文件最终解释权归采购人。

## I 重新招标

### 一、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 1、投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- 2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

## J 纪律和监督

### 一、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 二、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 三、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 四、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 五、 质疑与投诉

（一）质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表人（法定代表人和授权代表人须出具法定代表人授权书原件、身份证复印件、营业执照副本复印件并加盖单位公章）以授权代表人本人送达的方式提交，不接受邮寄、传真等形式。未盖章、非书面形式或未按上述要求提交的质疑函，招标代理机构有权不予受理。

（二）质疑投标人行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，提供书面证明材料，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。质疑函必须加盖单位公章，复印件无效，不予受理。

（三）投标人对中标结果有异议的应当在结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑，非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

（四）采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。

（五）质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投标人对招标文件提出询问或质疑的，必须遵守相关法规，且应提交纸质的询问或者质疑文件原件，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并按照如下要求提供文件（详见后附的质疑函范本）

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号、标段；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定

代表人或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章；以联合体形式质疑的，由参加联合体的投标人共同提出。

招标代理机构或者采购人将已收到质疑或者质疑原件的时间为接收时间。

## **K 相关注意事项**

一、开标及询标时，投标人法定代表人或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

二、各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

三、开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

四、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

五、投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

六、投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

七、未尽事宜，按国家有关规定执行。

八、本招标文件的解释权属采购人。

## **九、河南省政府采购合同融资政策告知函**

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



#### **四、包装**

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

#### **五、安装与调试**

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

#### **六、验收方式、质量保证期及售后服务要求**

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

#### **七、付款方式：供货验收合格后一次性支付完毕。**

#### **八、违约责任**

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向招标单位支付本合同总价 2%的违约金；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 2%的数额向招标单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 2%的违约金，同时乙方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

#### **九、提出异议的时间和方式**

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

## 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

## 十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由南阳春博工程项目管理有限公司调解，也可向南阳市政府采购监督管理部门投诉，或向南阳仲裁委员会仲裁。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

## 十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲乙双方各执一份，一份由甲方报社旗县政府采购管理办公室，一份由甲方按相关规定报南阳春博工程项目管理有限公司。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

签订日期：

# 第五部分 投标文件格式

## 封面格式

\_\_\_\_\_项目\_\_标段

# 投标文件

(项目编号: \_\_\_\_\_)

投标单位名称(电子签章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(电子签章/签名): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目录

(格式自拟)

## 一、开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
标段信息	
投标人	
投标报价	大写：            小写：（¥：            ）
供货周期	
质量	
质保期	
投标联系人	
投标人联系方式 （手机号码）	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（电子签章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）： \_\_\_\_\_

日期：     年    月    日

## 二、投标函格式

### 投标函

1. 我方已仔细研究招标文件的全部内容，按照招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价（大写）为\_\_\_\_\_元，投标总报价（小写）为元（所报价与报价表及报价明细表一致）。供货周期\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. （其他补充说明）。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

投标联系人：\_\_\_\_\_

投标人联系方式（手机号码）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_。

### 三、法定代表人授权委托书格式

#### 法定代表人授权委托书

委托单位：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 现住：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_参加\_\_\_\_\_项目\_\_标段事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人名称（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签章/签名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

授权委托人（电子签章/签名）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

时间： 年 月 日

附：法定代表人的身份证及授权代表的身份证复印件

## 四、关于资格的声明函格式

### 关于资格的声明函

采购人及代理机构名称：

关于贵方编号为\_\_\_\_\_公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购需求及技术参数”中规定的\_\_\_\_\_（设备名称及服务），并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由\_\_\_\_\_签发的我方工商营业执照副本复印件（加盖单位公章）一份。
- 2、法定代表人授权书（原件）。
- 3、法定代表人、授权代表身份证复印件（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 五、投标承诺函、反商业贿赂承诺书格式

### 投标承诺函

致：（采购人及招标代理机构）：

很荣幸能参与项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号、项目名称及标段）政府采购的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 3、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺若存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期： 年 月 日

## 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称） 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日期： 年 月 日

## 社旗县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一) 供应商须具有有效的营业执照,具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

# 信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的投标人形象,本人代表本单位作出以下承诺:

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件,参加公共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会责任,促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为,自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失

信惩戒对象或“老赖”,符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时交纳农民工工资保证金,切实维护农民工权益。

(六)若中标,本单位将在规定的时间内与采购人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为,自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺,并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字:

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年 月 日

## 南阳市政府采购供应商信用记录表

注：根据社旗县财政局规定 2023 年 1 月 1 日起按照《社旗县政府采购信用评价实施办法》的规定，由供应商在投标（响应）文件中提供“社旗县政府采购供应商信用记录表”（由供应商注册后在系统内打印），供应商按照该文件要求进入 [web.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008](http://web.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008)，完善供应商信息并打印信用记录附于此处。

## 六、报价明细表格式

### 报价明细表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	货物名称	品牌/型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	小计（元）	交货安装时间
1								
2								
3								
4								
...								
...								
...								
报价金额合计（大写）：				（小写）：				

注：1. 投标人根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明。

2. 报价包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报价中。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：年 月 日





九、投标人资格审查资料

十、供货方案

十一、售后服务方案

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

### 十三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：  
不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日期：

## 十五、监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

## 十六、关于符合本国产品标准的声明函（项目包含货物时适用） 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）③。（产品名称1）的（关键组件）④在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 日期： 年 月 日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 第六部分 评分办法

条款号	评审因素	评审标准	
<b>一、初步评审：</b>			
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		电子投标文件签字盖章	符合招标文件中有关签字盖章的要求
		投标文件格式	符合第五部分“投标文件格式”的要求
		报价唯一	有且只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	供应商须具有有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力
		财务状况	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(提供书面承诺书，该承诺书加盖投标人公章)
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近期任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金证明材料）；
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
信誉要求	<p>（1）依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。响应人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，查询日期须在投标截止日期之前10日内，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）；</p> <p>（2）投标人须提供无行贿犯罪纪录承诺函；</p> <p>（3）投标人须提供信用报告及信用承诺书。（投标人信用承诺书</p>		

			在采购文件中的投标文件格式中已提供，信用报告从：“信用中国”网站下载，生成日期不得早于公告发布日期)
		其他要求	符合第一章招标公告“二、申请人资格要求：”
2.1.3	响应性评审	供货周期	合同签订后30日历天内供货安装及调试完毕
		投标有效期	自投标截止之日起60日历天
		质量要求	合格
		质保期	三年，自采购人验收合格之日起计算
		投标价格	低于（含等于）最高限价

**详细评审：**

一、评标方法：采用综合评分法

二、评标原则：

1. 按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。
2. 坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
3. 每个投标人最终得分以各评委打分的平均值计算。
4. 评标结束后，各投标人的得分按高低排序，推荐1-3名中标候选人。

评分因素	内容	编列内容
	分值组成 (100分)	投标报价： <u>30</u> 分 技术部分： <u>30</u> 分 综合实力： <u>40</u> 分
投标报价	投标报价 (30分)	<p>有效报价计算得分：在有效报价范围内，即技术参数满足招标文件要求且报价最低的报价为报价基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（报价基准价/投标人报价）×30。以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。</p> <p>如评标委员会一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，评标委员会有权现场通知投标人进行书面解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，视为该投标人报价低于成本价，不参与计算。</p> <p>2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进</p>

		<p>残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格 扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管 理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人 福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。</p> <p>3、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
技术部分	技术参数响应（20分）	<p>投标货物性能指标及技术参数，全部满足招标文件要求并与投标产品完全一致，得基本分20分。若投标产品技术指标与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离扣1分，扣完为止。所有产品投标人必须按照招标文件的要求提供具有法律效力的详细描述所投设备性能、特点的技术证明文件（技术证明文件是指生产厂家彩页或产品说明书或证明函等），以证明技术参数及功能的有效性。未提供相关证明文件，或不符合要求的，视为不符合该项技术指标，根据规定进行扣分。</p>
	产品质量保证方案（10分）	<p>针对本项目的产品质量提出先进、可行、具体的产品质量保证措施，包括但不限于以下内容：建立质量管理体系、全寿命周期控制、质量问题防控体系、闭环改进机制、客户价值管理等方面制定质量保证方案。</p> <p>第一档：质量保证方案内容完整详细，质量管理体系完备，全寿命周期控制突出生产、供应交付等过程，质量问题防控机制健全，质量管理突出闭环控制等充分保证产品质量的，得 10 分；</p> <p>第二档：质量保证方案完整，但总体不详细具体的，得 7 分；</p> <p>第三档：质量保证方案内容完整，有缺陷或针对性不强，得 4 分；</p> <p>第四档：质量保证方案内容不完整，有漏项或没有针对性，得 1 分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>
	供货方案（10分）	<p>供货方案内容（包括产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理，详细的供货、组织协调计划，人员、配备合理、可行，供货保障措施明确、具体等方面）</p> <p>第一档：根据采购人实际需求，针对项目实际情况，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理，有详细的供货、组织协调计划，人员、</p>

综合实力		<p>配备合理、可行，供货保证措施明确、具体，得 10 分；</p> <p>第二档：根据采购人实际需求，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理，有基本合理的供货、组织协调计划，人员、配备基本满足供货需求，供货保证措施基本可行，得 7 分；</p> <p>第三档：供货方案一般、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有人员安装计划、供货计划的，得 4 分；</p> <p>第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得 1 分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>
	安装方案 (10分)	<p>安装方案内容（包括安装调试方案详细性、可行性、针对性，时间计划安排精细合理、详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备等要求）</p> <p>第一档：安装调试方案详细、可行、有针对性，时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的，得 10 分；</p> <p>第二档：安装调试方案合理，有基本合理的时间计划、违约承诺及质量承诺，人员配备基本满足安装方案，保证措施基本可行，得 7 分；</p> <p>第三档：安装调试方案一般，有时间计划、违约承诺及质量承诺，有人员安装计划、保证措施的，得 4 分；</p> <p>第四档：有安装方案，但内容本可操作性不强（或部分内容缺项），得 1 分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>
	使用人员 培训方案 (10分)	<p>培训方案，投标人针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容（设备工作原理、技术性能、配置设置说明、安全操作规程、故障排除及维护保养等内容）、培训团队配备等技术培训方案进行综合评分：</p> <p>第一档：培训计划方案内容完整，培训课目设置与设备使用结合紧密、针对性强，培训方式多样充分体现线上线下多手段、培训方法紧贴使用对象体现分层次教培特点，培训骨干技术实力较强，体现多专业配备，充分满足项目需要的，得 10 分；</p> <p>第二档：培训计划方案内容完整，培训课目设置符合设备使用要求，培训组织及方法安排基本可行，能满足项目需要，但在培训形式、分层次教培等方面还够科学灵活的，得 7 分；</p>

		<p>第三档：培训计划方案内容完整，培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的，得4分；</p> <p>第四档：有培训计划方案的，得1分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>
	售后服务 (10分)	<p>售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内及质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容，产品调试退换货的方案及措施等方面）</p> <p>第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的，得10分；</p> <p>第二档：售后服务方案、措施及承诺特基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施，得7分；</p> <p>第三档：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得4分；</p> <p>第四档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得1分；</p> <p>第五档：没有不得分。</p>

注：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2. 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3. 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

审查内容所涉及的原件或复印件扫描件以投标截止时间前填报上传市场主体库信息为准，过期更改的主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受主体库信息原件。主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件或复印件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

#### 定 标

- 1、根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。
- 2、评标委员会应推荐得分最高的为第一中标候选人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术得分高者优先，技术得分也相等的，按技术指标优劣顺序排列。
- 3、评标委员会写出评标报告确定最终排序。
- 4、根据评标排序，确定中标人候选人名单并进行公示。

# 第七部分 采购内容

## 一、采购需求及技术参数

标段	设备名称	数量（台）	预算金额（万元）
一标段	宫腹腔镜影像系统 及治疗设备	1	190
二标段	彩色多普勒超声波 诊断仪	1	50
三标段	极超短波治疗仪	1	13
	体外冲击波治疗仪	1	20
	悬吊系统悬吊康复 训练器（成人款）	1	10
	低频脉冲磁场治疗 机	1	15
	颅磁刺激治疗仪（磁 场刺激仪）	1	32

### （一）、社旗县中医院设备采购项目一标段采购需求 宫腹腔镜系统技术参数

#### 1. 摄像系统技术参数：

1. 输出分辨率 1920x1080，逐行扫描。
2. 集成图文工作站功能，可术中记录 1920x1080P 全高清录像及 1920x1080 高清图片。
3. 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
4. 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
5. 可连接≥6 种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。
6. 可通过画中画功能实现≥4 种同屏显示模式。

7. 术野画面 $\geq 5$ 级亮度可调。
8. 术野画面 $\geq 5$ 级电子放大功能。
9. 2种纤维镜图像优化功能。
10. 术野画面可实现上下、左右及 $180^\circ$ 翻转功能。
11. 具有ICM图像处理模块,采样率 $\geq 10$ 比特。
12. 监视器上可以显示气腹机、光源等其他相关设备信息。
13. 电气安全: 医用设备电气安全CF级别I类防护,可应用于心脏设备。

## **2. 高清摄像头技术参数:**

1. 采集像素: 摄像头像素 $1920 \times 1080p$ , 3个 $1/3$ 英寸CCD采集晶片。
2. 光学变焦:  $\geq 2$ 倍光学变焦, 变焦距离范围不小于 $15-31mm$ 。
3. 全数字化摄像头, 图像在摄像头端完成数字化处理, 全程数字化影像传输。
4. 可实现通过摄像头按键控制气腹机, 冷光源。
5. 摄像头3个按键可设置4种快捷键, 可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。
6. 电气安全: 医用设备电气安全CF-1类, 可应用于心脏设备。

## **3. 监视器技术参数:**

1. 27寸医用级全高清监视器, 能提供高分辨率的图像, 并具有抗电刀干扰功能;
2. 分辨率 $1920 \times 1080$ , 宽高比 $16:9$ ;

## **4. 冷光源技术参数:**

1. 灯泡使用寿命 $\geq 500$ 小时
2. 色温 $6000 \pm 500K$
3. 温度低, 不含红外线和紫外线

## **5. 气腹机**

1. 三级减压, 安全性能高。加温功能, 除雾功能, 漏气自动快速补气, 自动调节充气流量, 持续维护气腹压力
2. 具有开机自检功能
3. 压力设定范围 $0.67kPa \sim 3.30kPa$  ( $5mmHg \sim 25mmHg$ )
4. 大流量供应, 流量设定范围 $1L/min \sim 40L/min$  连续可调

## 6. 光学内窥镜:

1. 30 度斜视镜, 直径 $\geq 10\text{mm}$ , 超广角。

## 7. 导光束:

1. 光纤 直径 $\geq 4.8\text{mm}$ , 长度 $\geq 250\text{cm}$

2. 可高温高压灭菌, 安全锁扣设计

## 8. 宫腔镜:

1、斜视镜  $30^\circ$  , 直径 $\geq 4\text{ mm}$ , 长度 $\geq 29\text{ cm}$

2、内鞘 $\leq 6\text{mm}$ , 外鞘 $\leq 7\text{mm}$

## 9. 台车:

1. 静音脚轮, 多层设计, 监视器悬挂支臂

## 双极等离子能量平台技术参数

1、具有内镜下消融切割和止血功能, 通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求 (GB9706.19 和 GB11244) 的检测。

2、主机名称为等离子射频手术系统, 具有等离子和射频双重效应, 可选配专用的止血钳夹。

3、所提供等离子电极必须与主机为统一品牌, 可选双极粗细环、小环、钩型、铲型、针型、柱型、钳型电极。

4、电极在注册证附页和产品技术要求中明确可通过内镜钳道进行内镜下手术。

5、切割消融时间可控精确控制在佰毫秒内, 设置时间到后自动切断输出, 确保精准、瞬时切割消融等。

6、工作频率  $100\text{KHz}$ , 低频超脉冲等离子 LSP 模式, 实现生理盐水下精准薄切, 热渗透控制在  $100\ \mu\text{m}$ 。

7、根据组织情况需要自动交替进行切割和凝血;

8、手术时反馈组织阻抗、温度、热损程度、出血等情况, 并据此自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例, 具有热损伤保护系统功能。

## 双极电切镜技术参数

1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管;

2、带有方向标镜头;

3、采用耐高温高强度陶瓷；  
4、外鞘大量精细的外鞘出水孔，更有利于保证术中视野清晰；  
5、不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；  
6、外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可 360° 旋转，可持续灌流；

- 7、内窥镜可承受低温等离子消毒；  
8、最大插入部外径：≤Ø9.0mm 工作长度：≥ 180mm  
9、镜体外径：≤Ø4mm 视场角：≥60 度 视向角：30/12 度  
10、内窥镜观察景深范围 3mm~50mm  
11、放大倍率：≥1.5X 目镜罩外径：≥Ø32mm 光缆接头外径：≥Ø10mm

## **（二）、社旗县中医院设备采购项目二标段采购需求 彩色多普勒超声波诊断仪**

1、主机具备≥21 英寸液晶显示器，具备万向关节臂支撑设计，操作面板一体式抽拉键盘。

2、操作面板具备≥13 英寸液晶触摸屏，具备 TCG≥8 段增益调节，触摸屏可与显示器同时实时显示超声图像，亦可以显示既往超声图像，方便对比随访，支持界面编辑及滑屏翻页功能。

3、支持手机或平板电脑等移动终端与超声主机无线互联，使用移动设备代替面板及触摸屏操控。

4、多影像联合同屏对比成像技术，实时超声图像与 CT、MRI 等影像，可同屏或分屏（显示器与触摸屏）对比成像。

5、声速匹配成像：提高图像横向分辨力，提升整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，≥30 级可视可调。

6、采用全域动态聚焦，图像无聚焦点或聚焦带。

7、微血管增强显像技术，用于显示细小血管和低速血流，≥10 种成像方式显示。

8、产科测量支持，AutoOB 自动产科测量、AutoNT 自动颈项透明层测量和自动颅内透明层测量

9、主机支持升级选配弹性和造影成像，弹性和造影都支持标配凸阵、标配

线阵和腔内探头。

10、测量与分析：一般测量、心脏功能测量、小器官测量与分析

11、系统发射与接收通道数  $\geq 1500$  万；动态范围  $\geq 345$ db。

12、无针式小探头接口  $\geq 4$  个（不含 CW 接口），支持扩展到 5 个统一规格的探头接口，并且互通互用。

13、主机支持探头工作频率：1-24MHz。

14、探头需求：共 3 把，，要求探头频率为出厂可视频率。

(1) 1 把腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHz；

(2) 1 把小器官高频：超声频率：3-15MHz；

(3) 1 把相控阵心脏：超声频率：1-5MHz；

15、主机支持选配凸线阵双平面探头，探头可视工作频率：凸阵 3-12.8MHz，线阵 3-12.5MHz，扫查角度  $\geq 235^\circ$ 。

16、标配腹部探头最大扫描深度  $\geq 44$  cm。

17、线阵探头偏转角度  $\geq 15$  级可调。

18、取样宽度及位置：0.5-24mm 逐级调节。

19、主机可选配内置电池，可在不插电状态下支持超声主机运行操作。

### **（三）、社旗县中医院设备采购项目三标段采购需求 低频脉冲磁场治疗机**

1、额定输入功率为： $\leq 250$ VA。

2、输出频率：1~100Hz 连续可调。

3、磁场强度： $\geq 10$  档可调，最大输出  $\leq 7$ mT。

4、具备加热功能： $\geq 5$  档可调。

5、治疗时间：1~99min 可调。

6、治疗器电磁体  $\geq 6$  块。

7、治疗床具有电动升降功能，头部角度可调节。

8、应具有温度保护功能。

9、治疗床负荷： $\geq 150$ kg。

### **极超短波治疗机**

1、辐射器具有实时输出提示功能。

- 2、辐射面积 $\geq 510\text{cm}^2$ 。
- 3、配有可旋转支臂。
- 4、治疗时间：0~30min，连续可调，级差 1min。
- 5、输出方式：连续式和脉冲式。
- 6、辐射器驻波比 $\leq 2$ 。
- 7、输出功率：为 0~150W 连续可调，级差 10W。
- 8、具有预热功能。
- 9、机器运行时治疗功率可自动锁定。
- 10、具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能。

## 磁场刺激仪

1. 磁感应强度：0-2T， $\pm 10\%$ 。确保磁场刺激深度和效果的精准控制；
2. 刺激频率：0-100Hz 连续可调，允差 $\leq 5\%$ ，高频低频切换精准；
3. 磁感应强度最大变化率：35kT/s $\pm 10\%$ ，可灵活满足不同神经去极化诱发需求，提升临床刺激效率。
4. 脉宽：宽度 340us $\pm 10\%$ ，脉冲上升时间 55us $\pm 10\text{us}$ ；
5. 线圈可单独调节刺激强度，支持单次刺激功能，同时可通过软件操作控制。刺激线圈能实现双面双向刺激，水电一体设计，可快速更换线圈（更换时间 $\leq 10$  秒），冷却系统带锁止功能，防止漏液现象。
6. 标配圆形刺激线圈，选配“8”字形刺激线圈，满足头部、脊髓等不同部位治疗需求。（二）保护装置（含冷却系统）
7. 设备采用高效液冷系统，温度稳定，确保高强度治疗的稳定性。冷却液无渗漏、无挥发。线圈配备独立智能超温保护系统，当温度超 41 $^{\circ}\text{C}$ 时，立即停止磁场输出并触发报警，保障医患安全。
8. 机身具超温保护功能，当机身显示温度达到 71 $^{\circ}\text{C}$ 时，设备停止运行并出现提示。
9. 操作界面简洁，支持参数一键保存、治疗记录追溯等功能，操作流畅度高，适合医护人员快速上手需求。
10. 配备 $\geq 21$  寸超大高清液晶屏，可视化操作舒适。
11. 配备旋转式计算机调节支臂和 $\geq 5$  套定位帽，支持多场景移动应用（如

诊室、康复区），提升临床操作便利性。

12. 刺激模式：支持阈值测量（或单脉冲刺激）、重复刺激、爆发刺激模式，模式间无缝切换。满足神经功能检测和辅助治疗等多种场景需求。

13. 支持临床处方库：支持自定义处方保存与调用，更贴合临床需要，提升治疗效率。

14. MEP 模块通道数 $\geq 2$ ，传输方式为有线传输。运动诱发电位（EMG）可辅助评估刺激效果，支持与主机数据联动分析，无需额外采购，降低科室成本。

15. 人机交互管理软件，支持治疗处方管理、治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激；

16. 可实现个性化方案管理、数据同步、数据备份；

17. 可进行刺激参数的设置，包括刺激模式、刺激频率、刺激时间、刺激个数、间歇时间、重复周期、治疗部位、总时间等；

18. 刺激强度从运动阈值(MT)的 0-200%可调，使病人能更快的适应治疗；

19. 系统自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位；

20. 报告输出方式：自动化输出报告；支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

21. 设备使用年限 $\geq 8$  年。

## 悬吊康复训练器

1、外形尺寸（长宽高）：2500×1520×2310mm，允差 $\pm 10\%$ 。

2、悬吊训练装置位移量：0~1800mm，允差 $\pm 10\%$ 。

3、拉力装置移动范围：0~1500mm，允差 $\pm 10\%$ 。

4、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。

5、具有多种不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位，至少包含窄悬带、宽悬带、中分带、长悬带、T型带、面部悬带、训练手环等。

6、瑜伽坐垫：直径 330mm，允差 $\pm 10\%$ 。

7、柱形垫：直径 250mm、长 700mm，允差 $\pm 10\%$ 。

8、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。

弹力绳：规格 $\geq 3$ 种，数量 $\geq 6$ 根，带卡绳器登山扣，最大承重 $\geq 30\text{kg}$ 。

红绳：规格 $\geq 3$ 种，数量 $\geq 6$ 根，带卡绳器登山扣，最大承重 $\geq 100\text{kg}$ 。

绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。

9、专用训练床：配合进行患者多体位的训练，具有蓄电装置。尺寸（长宽高）：1970×660×570mm，允差±10%，头部段面相对平行面调节角度：-20° ~ +30°，腰胸段面相对水平调节角度：0° ~ +25°，下身段面相对水平面调节角度：-25° ~ +40，床面升降行程：0~300mm。

10、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。

11、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。

12、最大承重≥150kg。

## 体外冲击波治疗仪

1. 冲击波治疗仪要求为气压弹道式体外冲击波，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

2. 气压范围：1bar-5bar 范围内连续可调，步长 0.1bar，误差±10%；

3. 能量密度：6mm 针灸头的最大能量密度为 7.5mJ/m<sup>2</sup>，15mm 放射头的最大能量密度为 1.1mJ/m<sup>2</sup>，15mm 聚焦头的最大能量密度为 1.1mJ/m<sup>2</sup>，15mm 深度头的最大能量密度为 0.6mJ/m<sup>2</sup>，20mm 放射头的穿透深度为 25mm；

4. 穿透深度：6mm 针灸头的穿透深度为 13mm，15mm 放射头的穿透深度为 17mm，15mm 聚焦头的穿透深度为 15mm，15mm 深度头的穿透深度为 22mm，20mm 放射头的穿透深度为 25mm；

5. 脉宽：具有 880 μs、1360 μs、980 μs、1060 μs、1160 μs 五种脉宽；

6. 治疗频率：1Hz~22Hz 范围内可调，步长 1Hz；

7. 设备具有≥12 寸彩色液晶触摸屏，由主机、双手柄、推车组成。

8. 冲击次数：设备冲击次数应在 0 次-15000 次范围内可调，步长 1000 次；

9. 内置人体彩色图谱，包含多个部位的治疗处方，处方内容包括：冲击强度、冲击次数、频率、治疗次数和治疗探头的选择；

10. 功能设置：可设置仪器的音量、亮度；

11. 手柄：手柄联接口≥2 个，可同时配置双手柄交替使用。手柄具备累计发数查询功能；具有能量、频率、剩余次数操作功能；

12. 治疗头、治疗手柄管、子弹寿命周期为连续击打次数≥100 万次；

13. 治疗头：具备五种规格的硅胶软性覆盖式治疗头（6mm 针灸头、15mm 放

射头、15mm 聚焦头、15mm 深度头，20mm 放射头）各 2 个，方便适应不同部位的操作治疗；

14. 设备操作系统：Android11，具有 OTG、USB 和有线接口，可实现远程软件升级；

15. 电压和频率：AC220V，50HZ；输入功率：730VA

16. 设备使用期限≥8 年；

## 二、商务要求

1. 质量要求：符合国家相关质量技术标准的全新合格产品，并通过采购人验收；

2. 供货期：合同签订后 30 日历天内供货安装及调试完毕；

3. 质保期：三年，自采购人验收合格之日起计算；

4. 付款方式：供货验收合格后一次性支付完毕；

5. 供货地点：招标人指定地点；

6. 验收标准及方式：

验收时间：供货安装完毕后 3 日内完成验收

验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

验收方式：现场验收。