

宁陵县人民医院
4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目

招 标 文 件

项目编号：商宁财采招-2023-19

招标编号：商政采【2023】380号



中恭海旭

ZHONG GONG HAI XU



招标人：宁陵县人民医院

采购代理机构：中恭海旭项目管理有限公司



二〇二三年七月

目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标须知	5
第三部分 评标办法	19
第四部分 合同条款（仅供参考）	26
第五部分 技术规格及要求	30
第六部分 投标文件格式	35

第一部分 招标公告

宁陵县人民医院4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目公开招标公告

项目概况

宁陵县人民医院4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目招标项目的潜在投标人应在商丘市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2023年8月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1. 项目编号：商宁财采招-2023-19。
 2. 项目名称：宁陵县人民医院4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目。
 3. 采购方式：公开招标。
 4. 预算金额：5633000.00元。
- 最高限价：5633000.00元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	E4114002441D06589001001	本项目第一标段	670000.00	670000.00
2	E4114002441D06589001002	本项目第二标段	687000.00	687000.00
3	E4114002441D06589001003	本项目第三标段	4276000.00	4276000.00

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：第一标段：磁刺激仪1台；第二标段：口腔CT1台；第三标段：小儿心肺功能测试仪1套，4K超高清腹腔镜1套、4K荧光腹腔镜1套。

- 5.2 资金来源：自筹资金。

- 5.3 招标编号：商政采【2023】380号。

- 5.4 交货时间：签订合同后30日历天内交货并完成安装、调试。

6. 合同履行期限：/

7. 本项目是否接受联合体投标：否。

8. 是否接受进口产品：否。

9. 是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求

- 3.1（一）具有独立承担民事责任能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，提供自成立以来的财务报表或银行出具的资信证明）。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供设备清单或现场图片、技术人员相关证书等相关证明资料，或提供承诺书，格式自拟加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前最近六个月任意一个月的完税或缴税凭证，无凭证的须提供由税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料；提供开标前最近六个月任意一个月依法缴纳社会保险费的凭证，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟加盖公章）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 供应商若是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商若是经销商或代理商，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【资格审查时，招标人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）等渠道查询相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供加盖申请人公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）；

3.5 本次招标不接受邮购方式和联合体投标。

3.6 本次招标采用资格后审。

三、获取招标文件：

1. 时间：2023年7月26日至2023年8月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：商丘市公共资源交易中心网站。

3. 方式：本项目采用网上报名：凡有意参加投标的供应商，请使用企业数字证书（key）登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）点击公告中的我要报名或者登录后选择项目按照页面提示进行网上报名，下载招标文件。网上报名及招标文件下载时间：本项目招标公告发布时间。招标文件下载截止时间：本项目投标文件递交截止时间止；

特别提醒：未在商丘市公共资源交易中心办理数字证书的供应商请在商丘市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。供应商报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。

4. 售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2023年8月15日09时00分（北京时间）。

2. 地点：商丘市公共资源交易中心二楼（开标席位十六）。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2023年8月15日09时00分（北京时间）。

2. 地点：商丘市公共资源交易中心二楼（开标席位十六）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

7.1 本项目实行电子评标，全程取消纸质文件，电子投标文件逾期上传或没有上传的，招标人将拒绝接收。本次投标文件采用电子投标文件，以电子投标文件为准。

7.2 电子投标文件的网上递交：

投标单位应在 2023年8月15日上午9：00点前，将GEF版电子投标文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子投标文件逾期上传或没有上传的，招标单位将拒绝接收。

7.3 电子投标文件网上递交流程：

在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。

7.4 投标文件解密开始和截止时间：2023年8月15日上午9时00分至2023年8月15日上午11时00分；投标人在规定时间内无法完成解密的投标文件视为无效。

7.5 本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑

等操作，具体流程详见交易中心系统 2019年12月31日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：宁陵县人民医院

地址：宁陵县建设路

联系人：乔先生

联系电话：0370-7824878

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中恭海旭项目管理有限公司

地址：郑州市中牟县滨河路绿城百合 23 幢附一楼

项目联系人：张先生

联系方式：15638210287

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：15638210287

第二部分 投标须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	采购项目名称	宁陵县人民医院4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目
2	编号	项目编号：商宁财采招-2023-19 招标编号：商政采【2023】380号
3	资金来源及落实情况	自筹资金，已落实
4	招标控制价	第一标段：¥670000.00元；第二标段：¥687000.00元；第三标段：4276000.00元
5	采购内容	第一标段：磁刺激仪1台；第二标段：口腔CT1台；第三标段：小儿心肺功能测试仪1套，4K超高清腹腔镜1套、4K荧光腹腔镜1套
6	交货时间、地点	交货时间：签订合同后30日历天内交货并完成安装、调试； 交货地点：招标人指定地点
7	质量要求、质保期	质量要求：合格 质保期：一年
8	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
9	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
10	签章要求	投标文件应加盖单位公章且由法定代表人或授权委托人签字或盖章。
11	投标文件递交截止时间	同开标时间
12	签字盖章要求	按投标文件格式要求签字盖章
13	投标有效期	投标文件递交截止日起60日历天
14	投标人资质条件、能力和信誉	同公告要求
15	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，其中经济专家、技术专家4人、招标人代表1人，评标专家确定方式：开标前在相关专家库中随机抽取。
16	构成招标文件的其他材料	除招标文件外，招标人在招标期间发出的补遗书和其他有效正式函件，均是招标文件的组成部分。
17	投标文件份数	网上电子标书壹份
18	开标时间和地点	详见招标公告。

19	投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件	1) 投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 做无效标处理; 2) 投标人以他人的名义投标、串通投标，做无效标处理; 3) 以不正当手段谋取中标的，做无效标处理；其形式有： a. 投标人提供虚假材料谋取中标； b. 投标人干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标； c. 投标人以低于成本报价恶意竞标； 4) 交货时间不确切、不肯定的投标，作无效标处理； 5) 投标人低于成本价竞标的，作无效标处理； 6) 投标文件未按招标文件规定签字盖章的，作无效标处理； 7) 投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的，作无效标处理； 8) 投标文件不写投标报价或投标报价超过控制价（不含等于控制价）的，作无效标处理； 9) 审查不合格的，作无效标处理； 10) 附有招标人不能接受的条件的，作无效标处理； 11) 未响应招标文件要求的；作无效标处理； 12) 违反国家有关法律法规的，作无效标处理。
20	中标服务费	招标代理服务费的收取，参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定，由中标单位向代理机构支付。
21	核心产品	本项目核心产品为： 第三标段：4K超高清腹腔镜、4K荧光腹腔镜 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加此项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（对此有争议时，以财政部第87号令为准）
22	其他事项	依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业（2011）300号”本项目属于工业。
是否收取履约保证金：（是□、否 ☒ ）		
预付款金额：中标金额的40%。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是□、否 ☒ ） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：请通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照商丘市公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交电子预付款保函时间：合同签订生效后10日历日。 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后5个工作日内。		
付款条件和要求：合同签订时协定。		

投标文件递交

在投标文件递交截止时间前，使用CA锁登录后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。

GEF格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明。

采用电子评审时以电子招投标文件为准。

为更好的服务各方主体，商丘市公共资源交易中心对招标人、投标人工具箱进行优化，并于2021年11月30日进行更新。具体内容详见商丘市公共资源交易中心2021年11月30日发布的“《商丘电子招标人工具箱2021-11-30（V6.6.0）》和《商丘电子投标人工具箱2021-11-30（V6.6.0）》”。

提示：

根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函【2019】41号）和《2019年全省公共资源管理工作要点》（豫公管办【2019】4号）要求，商丘市公共资源交易中心相继上线了全过程不见面交易的各项电子化交易功能，经过对系统各模块功能和效果进行全面测试和优化，目前不见面电子交易系统已具备正式运行条件。现定于2020年1月2日起全面运行不见面电子交易系统，逐步关闭四楼开标场所，启用二楼开标大厅。

本项目实行不见面开评标，投标人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），投标人签到、投标文件线上解密、投标人在开评标过程中应保持系统登录状态。

市场主体诚信库2020年1月2日起正式启用，招标采购文件中要求投标人提供企业资质、业绩、获奖等资料的，投标人应将相应涉及评审的所有客观资料上传至市场主体诚信库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。

投标人应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本》，按照招标采购文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，投标人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。

市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

根据商丘市公共资源交易平台2022年7月26日发布的《关于启用大数据分析监测预警功能的通知》，对存在预警情形之一的，其投标文件无效。

分析监测预警情形：

对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的投标人（供应商）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：

- 1、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；
- 2、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传；
- 3、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件由同一 IP 地址上传；
- 4、不同投标人（供应商）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。

对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件作无效处理。

具体流程详见交易中心系统2019年12月31日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》详见附件“商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本”。

资格审核小组和评标评审专家应通过河南省信用信息共享平台信用联合惩戒系统对投标单位信用情况进行查询，投标单位信用情况以当时查询结果为准。

中标（成交）通知书发放：招标招标人及代理机构应在法定中标（成交）通知书发放时间前提交至交易中心，中标（成交）通知书发出后，中标人可以登陆交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作一下载中标通知书完成自行下载，具体步骤详见商丘市公共资源交易中心发布的关于启用中标通知书在线制作发放功能的公告中的操作流程及注意事项。

为提供更好服务，商丘市公共资源交易中心定于2021年3月6日（周六）8:00-24:00对交易平台进行更新：增加开标过程在线询问功能，在开标结束之前，投标人（供应商）可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流，代理机构应在交流结束后生成开标记录表，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。

开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人（供应商）可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。直播功能插件压缩包附件下载后直接解压，并将解压后的文件放入电脑C盘Windows文件夹中即可。

增加开标结束提示信息，代理机构点击开标结束后，投标人（供应商）在开标大厅和交易平台会收到项目开标已结束的提醒。

增加市场主体库项目评审期间锁定功能。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。

各市场主体在使用过程中遇到自行无法解决技术问题请及时咨询，技术服务电话0370-2853693。

具体流程详见交易中心系统2021年3月2日发布的“关于交易平台优化升级的通知”。

投标人应注意事项

1、投标人（供应商）在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。同时供应商应打开IE浏览器，新建窗口输入网<http://222.138.172.2:5562/>，通过账户口令或数字证书登录页面并保持实时登录状态，以确保能及时收到评审专家要求的信息。即投标人（供应商）应保持两个页面都实时处于登录状态。

因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人5分钟刷新一次。

2、无论是澄清、说明或者补正需要上传交易系统的文件，必须是PDF格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用word编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将word文件转变为PDF格式后加盖电子签章上传。

3、评审专家对投标人进行澄清、说明或者补正的要求均有时间限制，并且在投标人（供应商）澄清、说明或者补正页面有倒计时提示，投标人（供应商）应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。

一、总则

1. 适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的宁陵县人民医院4K高清腹腔镜等一批医疗设备更新改造项目。

1.2本招标项目的招标人(或采购人)：见投标人须知前附表。

1.3本招标项目的编号：含项目编号（或采购编号）和招标编号，见投标人须知前附表。

2. 合格的投标人

2.1按照招标公告的规定，获得招标文件；

2.2投标人应遵守有关的法律、法规和招标机构有关招标的规定。

3. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4. 适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5. 招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1招标文件包括：

- 1) 招标公告
- 2) 投标须知
- 3) 评标细则
- 4) 合同条款
- 5) 技术规格及要求
- 6) 投标文件格式

（请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。）

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果没有满足招标文件的有关供货期、质量、技术规格及售后服务等要求，其风险由投标人承担。

7. 招标文件的答疑

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应通知招标代理公司。招标人只对是在投标截止时间的10天（指日历天，下同）前收到的、要求答疑的问题予以答复，过期将不予答疑。

7.2 招标人的答疑将在收到疑问后3天内以公告形式发出，但不指明答疑问题的来源。

8. 招标文件的修改

8.1 在招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止时间15日前，通知所有获取招标文件的所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

8.2 上述补充通知将以公告形式发出，并作为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

9. 投标语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2 除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

10. 投标文件构成

- (1) 投标报价表；
- (2) 投标承诺函；
- (3) 法定代表人身份证明；
- (4) 授权委托书；
- (5) 反商业贿赂承诺书；
- (6) 技术文件；
- (7) 技术规格偏离表；
- (8) 方案及售后；
- (9) 投标人资格声明文件；
- (10) 其他资料。

11. 投标承诺函

投标人应完整地填写投标文件中的投标承诺函和投标报价表，说明所提供货物的名称及价格。

12. 投标报价

12.1采购项目的总价：采购项目的总价包含货物费用、税金、项目实施过程中所发生的运输、管理等运杂费和保险、售后服务以及所有的不定因素的风险等其他费用。

12.2投标报价应以人民币报价。

12.3最低报价不能作为中标的保证。超出预算的投标报价将视为废标。

12.4在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

13. 技术文件

技术文件应包括以下内容：

- (1) 投标产品的品牌、型号、规格；
- (2) 详细的技术指标和参数；技术偏差表；
- (3) 产品验收标准和验收方法；
- (4) 详细的交货清单；
- (5) 特殊工具及备件清单。

14. 证明投标人资格的文件

资格证明文件部分应包括：

- (1) 投标人资格声明文件；
- (2) 投标企业资质和所投产品资格证明文件。

15. 投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60日历天内。

15.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。

16. 投标文件份数和签署

16.1投标人应按照投标人须知的要求准备。

16.2电子投标文件要清晰，语意要明确。投标文件应加盖单位公章且由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

四、投标文件的递交

17. 投标截止日期

17.1 投标文件的递交时间不得迟于“投标人须知”中规定的截止时间，否则将 不予接受。

17.2 招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，通知代理机构。

18.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标

19. 开标时间和地点

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

投标人须派法定代表人或其委托代理人准时参加开标会议。

20. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员单位；
- (4) 宣布拦标价；
- (5) 按照“先投后开、后投先开”顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、 质量、供货期及招标人认为适宜的其他内容，并进行文字记录；
- (6) 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、等有关人员单位在开标记录 上签字确认；
- (7) 开标结束。

六、资格审查

21. 首先对各投标人进行资格审查，审查内容如下：

21.1 资格审查

- 1) 法定代表人身份证或其授权委托书及被委托人身份证；

2) 营业执照副本;

3) 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件, 提供下列材料:

(一) 具有独立承担民事责任能力;

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度或2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告, 对于成立不足一年的供应商, 提供自成立以来的财务报表或银行出具的资信证明);

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料(提供设备清单或现场图片、技术人员相关证书等相关证明资料, 或提供承诺书, 格式自拟加盖公章);

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供开标前最近六个月任意一个月的完税或缴税凭证, 无凭证的须提供由税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料; 提供开标前最近六个月任意一个月依法缴纳社会保险费的凭证, 无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明);

(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书, 格式自拟加盖公章);

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

4) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动【资格审查时, 招标人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)等渠道查询相关主体信用记录, 信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间: 本项目评标结束之前】。

5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本项目的投标(提供加盖申请人公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息);

6) 供应商若是制造商, 须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证; 供应商若是经销商或代理商, 须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证, 所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证。

七、评标

22. 评标及评标专家组成

22.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家5人以上单数组成，技术类专家不低于三分之二。评标专家开标当天从相关专家库中随机抽取产生。如招标人代表参加评标委员会，应由招标人授权委派1名代表。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。

23. 评标过程的保密

23.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他投标人公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料等，均不得向投标人与评定无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

23.3 因全程取消纸质文件，评审专家对代理机构的询问和要求投标人作出澄清、说明或补正均采用网上方式进行。投标人应注意事项：投标人在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或补正的要求。因网络安全的需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议供应商5分钟刷新一次。

澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是PDF格式并且加盖有投标人（供应商）电子签章。如果文件是用word编辑的，投标人（供应商）可点击文件左上角文件选择“输出为PDF”，将word文件转变为PDF格式后加盖电子签章上传。评审专家对投标人进行澄清的要求有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标（评审）专家规定时间内完成所有操作。

24. 对投标文件的初审

24.1 评标开始，评标专家即进行评标，并独立开展评标工作。

24.2 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标专家有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

24.3 评标专家将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序且符合招标文件要求。

24.4评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身和商丘市公共资源交易平台市场主体库中投标人上传的各项证明文件，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

24.5评标专家将首先对各投标人的进行审查，审查内容如下：

24.5.1符合性审查：投标报价、投标有效期、签字盖章、交货时间、质保期、质量、其他要求符合招标文件要求。

24.6评标专家将对确定为合格的投标文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.6.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

24.6.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标专家认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价。

24.7评标专家将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.8评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人竞争地位的公正性。

24.9在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

25. 投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

- 1) 投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 做无效标处理；
- 2) 投标人以他人的名义投标、串通投标，做无效标处理；
- 3) 以不正当手段谋取中标的，做无效标处理；其形式有：
 - a. 投标人提供虚假材料谋取中标；
 - b. 投标人干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标；
 - c. 投标人以低于成本报价恶意竞标；
- 4) 交货时间不确切、不肯定的投标，作无效标处理；
- 5) 投标人低于成本价竞标的，作无效标处理；
- 6) 投标文件未按招标文件规定签字盖章的，作无效标处理；

- 7) 投标文件关键内容字迹模糊, 无法辨认的, 作无效标处理;
 - 8) 投标文件不写投标报价或投标报价超过控制价 (不含等于控制价) 的, 作无效标处理;
 - 9) 审查不合格的, 作无效标处理;
 - 10) 附有招标人不能接受的条件的, 作无效标处理;
 - 11) 未响应招标文件要求的, 作无效标处理;
 - 12) 违反国家有关法律法规的, 作无效标处理。
26. 具体评分标准见第三部分。

八、定标

27. 合同授予标准

27.1 评标专家将根据评标结果向招标人推荐3名中标候选人;

27.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同, 招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

28. 中标通知书

由招标人和采购代理机构向中标人签发《中标通知书》, 确定其为中标单位。

29. 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的, 招标人取消其中标资格; 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

30. 履约保证金和预付款

30.1 履约保证金

30.1.1 中标人应按照供应商须知资料表规定向招标人缴纳履约保证金。

30.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目, 除30.1.1规定的情形外, 中标人也可以按照财政部门的规定, 向招标人提供合格的履约担保函。

30.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行, 将视为放弃中标资格, 中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下, 招标人可确定下一候选人为中标人, 也可以重新开展采购活动。

30.2 预付款

30.2.1各招标人应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

30.2.2预付款支付比例不得低于合同金额的10%，最高可达合同金额的40%。

30.2.3各招标人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交电子预付款保函。疫情期间，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消预付款担保。

31.2.4如需提供电子预付款保函，中标单位请通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

31. 解释权

31.1本招标文件是根据国家有关规定和参照国家惯例编制，解释权属招标人、代理机构。

31.2代理机构对中标结果不负责解释，不退还投标文件。

32. 知识产权（**供应商须提供知识产权承诺函，格式及内容自拟，但须包含以下32.1项和32.2项的内容**）

32.1报价应包括所有需要向其他方支付的知识产权费用。

32.2供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用其提供的任何产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的侵权指控，否则供应商应承担所有法律和经济责任，由此给招标人带来的损失全部由供应商承担。

29.3知识产权承诺函为投标文件格式的组成部分。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三部分 评标办法

(一) 资格审查

条款	评审因素	评审标准
资格审查标准	资格证书	供应商若是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商若是经销商或代理商，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证。
	信用记录	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【资格审查时，招标人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。
	供应商须具有独立承担民事责任的能力	供应商提供营业执照副本及法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2021年度或2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，提供自成立以来的财务报表或银行出具的资信证明。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供设备清单或现场图片、技术人员相关证书等相关证明资料，或提供承诺书，格式自拟加盖公章
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供开标前最近六个月任意一个月的完税或缴税凭证，无凭证的须提供由税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料；提供开标前最近六个月任意一个月依法缴纳社会保险费的凭证，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书，格式自拟加盖公章
	其他要求	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供加盖申请人公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）

1. 资格审查

开标结束后，招标人或（和）采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

(二) 符合性审查表

序号	评审内容	评审标准
1	投标人名称	与营业执照一致
2	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位公章
3	投标文件格式	主要内容符合第六章“投标文件格式”的规定
4	投标报价	报价唯一且不超过招标控制价
5	交货时间	符合第二章“投标须知”第6条规定
6	交货地点	符合第二章“投标须知”第6条规定
7	质量要求	符合第二章“投标须知”第7条规定
8	质保期	符合第二章“投标须知”第7条规定
9	投标有效期	符合第二章“投标须知”第13条规定

对通过资格审查及符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

(三) 详细评审

第一、二、三标段评分标准:

序号	项目	分值	
1	报价部分 (30分)	报价 (30分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业，产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，需提供相关证明材料。参与政府采购活动的中小微企业应当提供本办法规定的《中小微企业声明函》。
2	技术评分 (40分)	满足招标文件技术要求程度	1、投标人提供的设备，完全满足招标文件采购内容及要求，设备性能满足或优于招标文件技术规范要求，得基本分40分； 2、技术要求及规格的参数，标“▲”项响应条款每有1项负偏离扣3分；其余项响应条款，每有1项负偏离扣2分，扣完为止（投标文件内的技术参数可提供产品技术彩页、技术白皮书、检测报告、医疗器械注册证等相关资料印证）。 注：技术条款必须如实响应，如发现虚假响应，则取消投标资格。
3	商务评分 (30分)	供货方案 (8分)	第一档：根据采购人实际需求，针对项目实际情况，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）科学、合理，有详细的供货、组织协调计划，人员、车辆配备合理、可行，供货保障措施明确、具体，得8分； 第二档：根据采购人实际需求，产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）合理，有基本合理的供货、组织协调计划，人员、车辆配备基本满足供货需求，供货保障措施基本可行，得6分；

			第三档：供货方案一般、产品选型（品牌、配置、适用性、性价比）基本合理。有人员安装计划、供货计划的，得4分； 第四档：有供货方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得2分； 第五档：没有不得分。
		安装方案 (8分)	第一档：安装调试方案详细、可行、有针对性，时间计划安排精细合理、有详细的违约承诺及质量承诺，人员安装计划配备得当能够很好地满足项目要求的，得8分； 第二档：安装调试方案合理，有基本合理的时间计划、违约承诺及质量承诺，人员配备基本满足安装方案，保证措施基本可行，得6分； 第三档：安装调试方案一般，有时间计划、违约承诺及质量承诺，有人员安装计划、保证措施的，得4分； 第四档：有安装方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得2分； 第五档：没有不得分。
		售后服务 承诺 (8分)	售后服务内容（包括常见性故障提供解决方案、维修保养服务体系、质保期内及质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容，产品调试退换货的方案及措施等方面） 第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，合理、可行，可实施性强、针对性强，有合理、详细的设备退换货方案及措施，能较好的满足本项目要求的，得8分； 第二档：售后服务方案、措施及承诺特基本合理，设备退换货方案及措施简单、可实践实施，得6分； 第三档：售后服务方案一般，服务方案各方面安排一般、均为通用性的说明，设备退换货方案实践实施性一般，得4分； 第四档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得2分；

			第五档：没有不得分。
		使用人员 培训方案 (6分)	医疗设备具有一定的专业性，非专业人员未经培训学习将无法合理规范的使用医疗设备甚至有可能造成损坏，因此对所配送的设备提供有针对性的长期培训计划方案显得至关重要。 第一档：对使用科室人员有针对性的制定月、年培训计划，设备操作手册简单易懂，能很好的满足本项目要求的得6分； 第二档：对使用科室的人员有培训计划，能够提供设备操作手册，有针对性可实践实施的得4分； 第三档：对使用部门的人员简单培训计划或方案，针对性、实践实施性一般的得2分； 第四档：对使用部门的人员有培训计划，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得1分； 第五档：没有不得分。

注：

第一档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）完整详细、合理可行、针对性强。对于说明，有详尽的说明文件，包括货物或其它技术手段的具体实现方式及相关界面展示，并结合了招标文件中的具体采购需求，不是笼统的表达；有方案的具体实现，包括说明方案的可行性、方案中涉及的货物或其它技术手段的实现方法，方案的优点及能达到的效果；对于承诺，说明了如何能够实现承诺，如实现的技术手段、人员配备等。

第二档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）详细，合理可行，有针对性。对于说明，有说明文件。能够满足招标文件要求，对于方案的各方面安排比较合理，对可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，能够满足符合招标文件要求。

第三档打分说明：指阐述（说明、方案、或承诺）一般。对于说明，有说明文件，但实现手段描述不够全面详细；对于方案，可行性、实现方法、优点、效果等方面有说明；对于承诺，较为满足相关要求。

第四档打分说明：仅有标题及概括性内容，实际内容与本项目不符合，没有可行性，对于承诺，不能满足相关要求。

第五档打分说明：指没有阐述（说明、方案、或承诺）

注：

1、以上内容缺项为零分。开标结束后，招标人有权对中标人的财务、技术、管理能力及信誉进行全面核查，确定其是否能圆满地履行合同。

2、上述业绩证明、各类证书、证明材料等均须在有效期内，要求投标文件中附相应的复印件，投标文件中的复印件应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致，否则不得分。技术参数可提供产品技术彩页、技术白皮书、检测报告、医疗器械注册证等相关资料印证。

3、投标产品（核心产品）若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第四部分 合同条款（仅供参考）

一、合同（一般条款）

一）招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

二）货物和服务的名称、技术规范和数量

应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

四）专利权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

五） 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六）无瑕疵条款

中标人在交付货物和服务后发现瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七） 质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用招标人的软硬件资源和信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经招标人同意，不得调换和撤离。

4、货物安装调试、验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受招标人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

八）质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起壹年内。

九）合同转让和分包

未经招标人书面同意，中标人不得将合同（全部或部分）转包给第三方。

十）合同修改：招标人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

十一) 违约责任

1、中标人在接到招标人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，招标人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方向守约方支付合同总金额的5%作为违约金。

5、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到招标人电话后没有按照服务承诺书中要求服务到位的，每违约一次中标人应向招标人支付2000元作为违约金。

十二) 违约赔偿

1中标人逾期交货，每逾期一天偿付违约金1000元。

2逾期交货达到30天仍不能交货的，招标人有权终止合同，中标人应承担由此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3经招标人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需 罚款者不在此例。

十三) 违约终止合同

招标人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1中标人未能在合同规定期限或招标人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2中标人未能履行合同规定的其他义务。

3在发生上述情况后，中标人收到招标人的违约通知后10天内未能纠正其过失。

十四) 法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，招标人和中标人双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

二、合同主要条款

甲方:

乙方:

本合同执行《中华人民共和国民法典》及项目编号为___的中标结果，经双方协商一致，并同意签订下列条款：

一）货物名称及规格型号、数量、价格等

名称	型号规格	品牌/产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
总金额（人民币）：万仟佰拾元角分						

合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及运输保险等费用。

二）货物质量等要求

- 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。
- 2、乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。安装必须安全规范。
- 3、乙方必须按甲方要求按时保质完成交货任务，货物不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，按不能交货处理。
- 4、乙方在验收过程、直至交付甲方使用时（时间以签订验收合同为准）所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

三）送货、安装及验收

- 1、交货地点： 招标人指定地点；
- 2、交货时间：_____；
- 3、验收：投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中国国家标准。对于所有投标产品，中标供应商应提供设备的合格证书、使用说明书及其它相关的资料。

中标产品经过中标人现场安装调试，招标人检验认可后，由招标人签署验收报告。如产生异议，可组织专家组综合评定。

四) 付款方式:

五) 售后服务条款

1、质保期: ;

2、保修方式: ;

六) 违约责任:

1、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货物总金额的5%违约金。

3、乙方逾期交付货物的按照合同一般条款中违约责任和违约赔偿条款中执行。

七) 争议解决

合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。

八) 其他

未尽事宜，双方友好协商。

买方: (合同章): 卖方: (合同章):

代表签字:

电话:

手机:

地址:

邮政编码:

签字日期:

代表签字:

电话:

手机:

地址：

邮政编码:

签字日期:

第五部分 技术规格及要求

第一标段技术规格及要求：

一、采购清单

序号	设备名称	数量	单位
1	磁刺激仪	1	台

二、技术参数

1. 适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗；
2. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准；
3. 整机通过电磁兼容性EMC测试；
4. 采用风冷冷却技术，非线圈内置风扇，主机和线圈内无任何液体，无漏液风险及后续维护（提供风冷技术证明材料）；
5. 风冷冷却系统可满足常用50Hz临床治疗方案，可连续工作24小时；
6. 可选配的骶神经刺激线圈为风冷，且中间带孔，方便骶神经刺激定位，进行精准骶神经刺激；
7. 可选配风冷深部双锥线圈和风冷动物线圈，以满足不同科研需求；
8. 标配盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的线圈，磁场深度可达6-8cm，距离线圈中心表面6cm处磁场强度仍 $\geq 1T$ ；
9. 根据临床需求，盆底专用线圈和其他选配线圈可由治疗师在30秒内快速切换；
10. 可选配双通道无线运动诱发电位检查模块，用于运动诱发电位检查；
11. 可选配双通道运动诱发电位检查模块，传输方式：无线；
12. 双通道无线运动诱发电位检查模块为便携式，非固定在设备上，方便不同临床场景应用；
- ▲13. 磁刺激主机、座椅、线圈等采用分体式设计，产品在日常维护保养等方面方便易行；
14. 标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至 180° ；
15. 标配可调节脚凳，可根据患者实际情况变换不同高度，满足多种治疗体位需求；
16. 标配触控式一体机电脑，非笔记本，无跌落风险，可进行触控与鼠标双模式操作；
17. 一体机电脑整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全；
18. 触屏一体机电脑支架可 360° 旋转，方便操作与调节，触屏一体机电脑屏幕尺寸 ≥ 15 寸；
19. 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节，操作更加方便；
20. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；
- ▲21. 最大磁感应强度： $\geq 6T$ ；
22. 输出脉冲重复频率： $\geq 60Hz$ 可调；

- 23. 输出脉冲重复频率最小步长0.01Hz;
- 24. 脉冲上升时间: $50\mu s \pm 10\mu s$;
- 25. 脉冲持续时间: $340\mu s \pm 20\mu s$;
- 26. 磁感应强度最大变化率范围: $40kT/s \sim 80kT/s$;
- 27. 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价;
- 28. 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激(含TBS模式)等多种刺激模式,满足临床多种治疗场景需要;
- 29. 内置治疗方案库,方案可自定义编辑;
- 30. 刺激方案具有数字和图形两种展示方式,实时展示磁刺激输出过程;
- ▲31. 具有智能温度保护功能,刺激线圈温度达到 $40^{\circ}C$ 会自动停止输出,确保治疗安全及稳定;
- 32. 标配打印机,自动化报告生成与打印,也可根据需要自定义编辑,方便医护人员操作;
- ▲33. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储,并可实时查询、编辑及导出数据备份保存;
- 34. 含波形设置、权限设置等多种自设功能,满足用户多种临床及科研需求;
- ▲35. 兼容云互联及电子病历系统,实现设备间的数据互联互通,信息共享,减少临床工作量,提高临床的治疗效率;
- 36. 具有在国内外发表过本品牌磁刺激仪治疗盆底相关疾病的10篇以上的文献证明。

第二标段技术规格及要求：

一、采购清单

序号	设备名称	数量	单位
1	口腔CT	1	台

二、技术参数

口腔CT技术参数：

序号	条款要求
一	基本要求
1	用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄。
二	技术要求
1	机械设计
▲1.1	开放式定位：无需镜面反射定位，侧位进入，视线清晰，整个操作更加流畅
1.2	自动准直器：根据临床所需要的成像视野大小，由计算机程序控制、微步进电机驱动的准直器自动控制射线束大小，无需手动调整准直器位置
1.3	设备安装尺寸≤1209*1835*2383mm（长*宽*高），设备设计精巧，对机房尺寸要求宽泛。
2	发生器和球管
2.1	发生器类型：恒压高频直流输出
2.3	电源电压：AC 100~120V / AC 200~230V, 50/60Hz
2.4	管电压（kV）：60~88kV，管电流（mA）：4~12mA
2.5	焦点大小≤0.5mm*0.5mm
3	影像系统
3.1	曝光方式：脉冲式
▲3.2	最短扫描时间：CT片≤9秒 全景片≤10秒 头颅片：≤5秒
3.3	数据获取探测器：平板探测器，像素尺寸≤100×100μm
3.4	灰阶分辨率：≥11bit，保证影像更加清晰及细腻

▲3.6	成像视野（直径×高）：要求一次成像标准视野： $\geq \Phi 130 \times 70 \text{mm}$, 最小视野 $\leq \Phi 45 \times 50 \text{mm}$ ；以针对不同诊断使用最小视野减少病人辐射剂量。
▲3.7	需配备三块独立的平板探测器，即3D, 全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄，无需插拔，大大延长了各平板的使用寿命
4	基本成像程序功能
4.1	标准全景程序：有
4.2	标准儿童全景程序：有
4.3	改进正交性全景程序：有
4.4	咬翼片：有
4.6	颞颌关节侧位程序：有
4.7	颞颌关节正位程序：有
4.8	颞颌关节正侧位程序：有
4.9	上颌窦程序：有
4.10	侧向上颌窦程序：颞颌关节正位程序：有
5	影像质量控制
▲5.2	恒定放大倍数：全景 ≤ 1.2 ；头颅定位 ≤ 1.14
▲5.3	全景片可分九个区拍摄，并且任意选择曝光区域数量。
6	头颅侧位功能
6.1	头颅定位成像功能种类：6+1种（即头影测量正位（后前/前后位）、侧位片、Submento头顶位、Water's位、Towne's位、掌骨片（正畸治疗前确定发育年龄））
6.2	头颅片拍摄有激光线定位
7	数字化系统
▲7.1	传感器：纳米级碲化镉图层探测器，极大地减少了散射线的产生，保证图像质量
7.2	病人拍片时有语音提示功能
▲7.3	曝光参数及拍摄程序调节集成在后处理软件上在工作站屏幕上操作，且具备图形化定位提醒界面，方便操作者对病人进行摆位。
8	软件功能
8	软件兼容二维及三维影像：可连接并采集同品牌CT、全景机、牙片机、口腔内窥镜影像，实现二维及三维影像统一管理
8.1	软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能
8.2	具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断

8.3	具备序列纵断面重建：可任意选取纵断面的位置及数量，形成连续的纵断面影像，位置、数量、厚度及间距均可调
8.4	具备种植计划模块 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析 提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测。
8.5	影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示：CT值调节、剖面影像
8.6	具有影像数据输出功能： DICOM单个文件输出 打印编辑器，可任意排版并打印 全功能浏览器输出功能，可在任意电脑浏览三维影像 直接刻录CD光盘，无需调用其他程序

第三标段技术规格及要求：

一、采购清单

序号	设备名称	数量	单位
1	小儿心肺功能测试仪	1	套
2	4K超高清腹腔镜	1	套
3	4K荧光腹腔镜	1	套

二、技术参数

小儿心肺功能测试仪技术参数：

（一）设备：小儿心肺功能测试仪

（二）设备用途：用于婴幼儿及儿童到成人的心肺功能检测，可满足临床诊断及科研需求。

（三）主要测试项目：慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量、婴幼儿潮气呼吸环、舒张试验、运动激发试验等。

主要测试参数：

1、慢通气功能：最大肺活量VCmax、潮气量VT、呼吸频率BF、每分通气量MV、补呼气量ERV、深吸气量IC等。

2、流量容积环和用力时间肺活量：用力肺活量FVC、0.75秒量FEV0.75、一秒量FEV1、峰流量PEF、25%呼气流量MEF25、MEF50、MEF75、中段呼气流量MEF25-75、一秒率FEV1%M等。

3、每分最大通气量：最大通气量MVV、FEV1*30、呼吸储备VR%等。

▲4、婴幼儿潮气呼吸环：主要用于婴幼儿的肺功能测试，达峰时间比TPEF/TE、达峰容积比VPEF/VE、公斤潮气量VT/Kg中期流量比TIF50/TEF50、呼吸频率RR、潮气呼气中期流量TMMEF等。

5、气道反应性测试：激发试验 PD20、舒张试验 CHG%

▲6、运动激发试验：HR、Load、FEV1%

(四)技术参数：

▲1、传感器：数字超声流量传感器，

1.1 流量测试范围：0± 15.00 L/s,误差：±1.5%或±0.04L/s,取大者。测试精度：± 1% ,
响应速度：10 ns，呼吸阻力：0.

1.2 容积测试范围：0 ± 15L, 误差：±1.5%。测量精度：± 1%，容积分辨率：0.8ml

2、只使用一个流量传感器即可全部覆盖从小儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换，避免重复定标的问题；

3、 响应频率：2000Hz

▲4、只使用一个流量传感器即可全部覆盖从新生儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换，避免重复定标的问题。

5、连接管路规格提供三种，规格如下

1) 小号管路1.9毫升：(适合体重6Kg以下早产儿和小婴儿)

2) 中号管路7.2毫升：(适合体重6-12Kg婴幼儿)

3) 标准管路28毫升：(适合体重12Kg以上幼儿和儿童)

6、婴幼儿测试面罩：带气垫的大中小规格的婴儿面罩各两套，共六个。

7、全自动环境参数定标和容量定标:传感器内置温度、湿度及大气压传感器，实时测量口腔处的环境参数，自动环境校正，容量免定标，无需繁琐的人工定标筒定标工作。

8、软件采用SQL数据库系统，全中文化操控界面，全中文报告结论，提供数据库查询、分析功能，测试报告可以BMP或JPG的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便用户后续的数学统计和科学分析研究。

▲9、潮气呼吸环曲线拟合功能和质量控制：支持多次潮气测试，每次测试结果通过计算机拟合出一条曲线，数据结果采用3-5次有效测试的平均值。

10、数据组合：能从不同的用力流量容积环测试曲线上分别选取最佳的吸气环和呼气环，重新组成一个新的最好用力流量容积环和测试数据。

11、质量控制：能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进

12、信息化接口：免费开放端口，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码输入病人信息资料。

▲13、升级功能：具有增加模块功能、根据科室需要可增加弥散残气模块、体描模块（注册证中须体现相应的功能模块）

(五)配置

1、肺功能主机	1个
2、超声流量传感器	1个
3、标准鼻夹	3个
4、操作手册	1本
5、婴儿硅胶面罩（大中小号）	各2个
6、移动台车	1个
7、激光打印机	1台
8、计算机(内置)	1台

4K 超高清腹腔镜系统技术参数

序号	内容:
1	4K摄像系统主机 1套
1.1	全数字化影像系统：全成像链4K成像，主机、摄像头、内窥镜注册证须具备4K描述
1.2	分辨率：≥3840×2160像素（宽高比17:9）；。
1.3	图像色彩空间标准：BT. 2020标准；
1.4	视频输出接口：4K≥3个，如HDMI2.0或3G-SDI×4；高清接口≥3个
1.5	电子放大功能：放大倍数≥2.3倍。
▲1.6	具备三种以上特殊功能，如烟雾去除、血管增强、宽动态功能、暗处修正、曝光修正等功能。
1.7	可同品牌扩展为荧光、PDT等特殊成像，同步进行4K荧光观察
1.8	可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
1.9	具有前置USB3.0接口并可通过USB接口实现4K拍照和视频录像功能
1.10	实时4K3D成像：可以同品牌扩展4K和3D同步实时显示，无须更换摄像头、摄像系统及镜子。
▲1.11	设备必须具备FDA和CE认证，需提供相关证明材料
▲1.12	主机（或通过模块升级后）可兼容多种电子镜,如电子胆道镜，电子输尿管软镜，电子支气管镜等（含一次性镜子）
1.13	电气安全类别：满足最高CF型（需提供证明材料），确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术
▲1.14	可以同品牌扩展4K和3D同步实时显示，无需更换摄像头、摄像系统及镜子。

2	4K摄像头 1个
2.1	分辨率：≥3840×2160像素（宽高比17:9）的图像采集；
2.2	4K超高清CMOS图像传感器；摄像头功能按键：≥2个；按键功能设定：≥6种
2.3	摄像头重量：≤160g。
▲2.4	具有电子放大功能可调：放大倍数≥2.3倍。
2.5	电气安全类别：满足最高CF型（可提供证明材料），确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术；
3	医用内窥镜LED冷光源 1台
3.1	超高亮度LED冷光源，色温≥6000K
3.2	使用时间：≥30000小时
3.3	导光束接口可兼容其他品牌导光束
3.2	亮度调节：≥20档可调。
4	高流量CO2气腹机 1台
▲4.1	最大充气流量：≥50升/分
4.2	压力范围：1-30mmHg
4.3	实时显示预设，监测压力
4.4	图形显示、声光压力报警功能
5	10mm 4K硬性光学内窥镜2条
5.1	直径≥10mm，视向角：30°，工作长度≥320mm
5.2	景深3-240mm
5.3	可高温高压、低温等离子消毒灭菌
5.4	镜头前端有加热功能
▲5.5	镜体有4K或4U标识，或能提供有效材料（如检验报告等）证明硬性内窥镜为4K镜头
6	导光束 1条
6.1	有效直径≥4.8mm，工作长度≥3米，耐高温高压型。
7	医用液晶显示器 1台
7.1	屏幕尺寸≥32英寸，并具有抗电刀干扰功能。
7.2	屏有效分辨率≥3840X2160p，并具有高清数字接口
7.3	屏宽高比16:9，色域：BT. 2020/BT. 709
8	专用台车 1套
8.1	腔镜专用台车1台，超静音设计，摄像系统专用台车
▲9	以上主机、光源、摄像头、气腹肌、胸腹腔镜、监视器为同一品牌，便于产品维护保养。

4K 荧光腹腔镜招标参数

序号	内容
1	4K荧光主机 1台
1.1	全数字化影像系统：全成像链4K成像，主机、摄像头、荧光胸腹腔内窥镜注册证均具备4K描述；
1.2	白光分辨率： $\geq 4096 \times 2160$ 像素（宽高比17：9），荧光分辨率： $\geq 4096 \times 2160$ 像素（宽高比17：9）；
1.3	图像色彩空间标准：BT.2020标准；
1.4	视频输出接口7个，HDMI2.0 $\times 2$ （4K超高清输出）、3G-SDI $\times 4$ （4K超高清输出）；3G-SDI $\times 1$ （全高清输出）；
1.5	电子放大功能：放大倍数 ≥ 2.3 倍；
▲1.6	具备三种以上特殊功能：如烟雾去除、血管增强、宽动态功能、暗处修正、曝光修正等功能；
▲1.7	荧光成像：可一键由4K白光全屏模式进入4K荧光全屏模式、4K黑白荧光全屏模式，4K荧光、4K白光、4K黑白荧光可同屏进行观察
1.8	USB3.0接口： ≥ 1 个，可以刻录高清动态影像和图片；
▲1.9	实时4K3D成像：可以同品牌扩展4K和3D同步实时显示，无须更换摄像头、摄像系统及镜子；
1.10	电气安全类别：CF型，确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术；
▲1.11	可实现术中单平台双镜联合，可同品牌扩展双镜联合功能，兼容一次性电子胆道镜，一次性支气管镜，一次性电子肾盂镜等，同屏幕画中画显示。
2	4K荧光摄像头 1个
2.1	图像采集：白光模式 $\geq 4096 \times 2160$ 像素，荧光模式 $\geq 4096 \times 2160$ 像素；
2.2	光电耦合器：4K超高清荧光4个CMOS图像传感器
2.3	具有电子放大功能：放大倍数 ≥ 2.3 倍；
2.4	摄像头功能按键： ≥ 4 个；
▲2.5	按键功能设定： ≥ 9 种，可预设同时控制功能包括录像、拍照、白平衡、烟雾去除、血管增强、曝光修正、暗处修正、宽动态、特殊光等功能；
2.6	可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡消毒以及低温等离子消毒；
2.7	电气安全类别：CF型，确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术
3	医用内窥镜LED冷光源 1台
3.1	光源：超高亮度LED白光、LED近红外光，可单独输出也可同时出；
3.2	色温： $\geq 6000K$ ；
3.3	白光使用时间： ≥ 30000 小时，近红外光使用时间： ≥ 75000 小时；
3.4	色彩显示指数： ≥ 90 ；

3.5	白光亮度调节：≥20档手动可调，近红外光亮度调节：≥20档手动可调；
4	腹腔镜用气腹机 1台
▲4.1	最大流量：≥50L/min
4.2	压力范围：1~30mmHg，压力测量精度：±1mmHg；
4.3	可兼容中央供气、钢瓶供气；
4.4	实时显示预设，监测压力值；
4.5	数值显示CO ₂ 消耗总量；
5	4K荧光胸腹腔内窥镜 2根
5.1	1直径≥10mm；
5.2	工作长度≥320mm；
5.3	视向角：30°
5.4	景深3-240mm；
5.5	镜头前端具有自动加热功能，减少术中起雾
▲5.6	分辨率：UHD超高清光学视管；
5.7	可高温高压、低温等离子消毒灭菌
5.8	支持4K荧光模式。
6	导光束 1根
6.1	有效直径≥4.8mm；
6.2	工作长度≥3m；
6.3	玻璃纤维，可高温高压、低温等离子消毒
7	4K医用监视器 1台
7.1	尺寸：≥32寸；
7.2	分辨率：≥3840×2160
7.3	Si TFT有源矩阵面板
7.4	视频输入：HDMI2.0×1（4K 超高清）、3G-SDI×4（4K 超高清）、DVI-D×1、3G-SDI×1；
7.5	视频输出：3G-SDI×4（4K 超高清）、3G-SDI×1、DVI-D×2
8	医用台车 1台
8.1	高强度铝合金结合高性能塑料
8.2	内置连接线；
8.3	自锁静音车轮；
8.4	净重：≥23Kg，最大承重：≥90Kg
▲9	以上主机、光源、摄像头、气腹机、胸腹腔镜、监视器为同一品牌

第六部分 投标文件格式

(项目名称)

第____标段

投标文件

项目编号:

招标编号:

投 标 人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

年 月 日

目录

- (1) 投标报价表;
- (2) 投标承诺函;
- (3) 法定代表人身份证明;
- (4) 授权委托书;
- (5) 反商业贿赂承诺书;
- (6) 技术文件;
- (7) 技术规格偏离表;
- (8) 方案及售后;
- (9) 投标人资格声明文件;
- (10) 其他资料。

一、投标报价表

(一) 开标一览表

项目名称	
标段	
投标单位名称	
投标报价(元)	大写: 小写:
交货时间	
交货地点	
质量	
质保期	
投标有效期	
备注	

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括检测、运输费、装卸费、税费等各种费用。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

(二) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	品牌	规格/型号	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
.....								
合计(元)								

说明：设备规格参数如有详细描述可另作说明。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

二、投标承诺函

致: _____(招标人)

根据贵方的招标文件,我方愿以总报价大写: _____ (小写: ¥ _____ 元)的价格;按招标文件、答疑、服务要求的条件以及合同条款的要求供货,在此郑重声明以下诸点并负法律责任。

1. 我公司授权 _____ (姓名) 作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2. 一旦我公司中标,我公司保证按招标文件规定的各项要求供货。

3. 如果我公司中标,投标文件的有效期延长至合同终止日。

4. 我公司愿提供招标文件中要求的所有文件及资料。

5. 我公司已经详细审核了全部招标文件,包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料及有关附件,我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人名称: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: ____年__月__日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件并加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

四、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托的_____（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 同投标有效期。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、技术文件

（投标人自拟）

七、技术规格偏离表

序号	货物（设备）名称	招标要求	投标响应	偏离情况	备注

投 标 人：_____（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、方案及售后

1. 供货方案
2. 安装方案
3. 售后服务承诺
4. 使用人员培训方案
5. 投标人认为在方案和售后方面需要补充的其他内容。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

九、投标人资格声明文件

（一）供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电 话	
	传 真		网 址	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间		员工总人数：		
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

（二）资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力（供应商提供营业执照副本及法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，对于成立不足一年的供应商，提供自成立以来的财务报表或银行出具的资信证明）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供设备清单或现场图片、技术人员相关证书等相关证明资料，或提供承诺书，格式自拟加盖公章）；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前最近六个月任意一个月的完税或缴税凭证，无凭证的须提供由税务机关出具的依法缴纳税收的证明资料；提供开标前最近六个月任意一个月依法缴纳社会保险费的凭证，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟加盖公章）；

（六）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【资格审查时，招标人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）等渠道查询相关主体信用记录，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间：本项目评标结束之前】。

（七）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（提供加盖申请人公章的“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。

（八）供应商若是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；供应商若是经销商或代理商，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，所投产品制造商医疗器械生产许可证、所投产品的医疗器械注册证。

十、其他资料

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（填写招标人名称） 的_____（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

特别说明：不符合中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的供应商不需要提供以上附件。